

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Росавиации

Н.В. Андрианова



М.П.

« 25 »

Сенатова

20 23 г.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Испытательной лаборатории

Акционерного общества «Северо-Западный региональный центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей» - Обуховский завод»
(АО «Обуховский завод»)

(приложение к Аттестату аккредитации испытательной лаборатории от « ____ » _____ 20__ № ____)

Юридический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Рыбацкое, пр-кт Обуховской Обороны,
д. 120, стр. 19, помещ. 1-Н № 708

Адрес(а) мест(а) осуществления деятельности: Российская Федерация, Санкт-Петербург

Наименование объектов испытаний	Виды разрешенных сертификационных работ и испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к определяемым характеристикам объектов испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к методам испытаний
1	2	3	4
109. Вторичный радиолокатор.	Испытание на воздействие пониженной и повышенной температуры в диапазоне от минус 65 °С до 65 °С.	ГОСТ Р 59971-2021 Сертификационные требования к радиотехническому оборудованию	ГОСТ РВ 0020-57.305-2019 ГОСТ РВ 0020-57.306-2019 ТУ на конкретный тип (типы) изделия
112. Многопозиционная система наблюдения.			
113. Наземная система радиовещательного зависимого наблюдения.	Испытание на воздействие повышенной относительной влажности от 10% до 98%.		


Наименование объектов испытаний	Виды разрешенных сертификационных работ и испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к определяемым характеристикам объектов испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к методам испытаний
125. Радиопередатчик, радиоприемник, радиостанция в высокочастотном диапазоне. 129. Оборудование автоматической передачи метеорологической и полетной информации. 130. Оборудование авиационной наземной сети передачи данных и телеграфной связи. 131. Комплекс средств автоматизации управления воздушным движением. 132. Комплекс средств автоматизации планирования использования воздушного пространства. 133. Комплекс средств автоматизации наблюдения и контроля за наземным движением. 134. Комплекс средств автоматизации удаленного видеонаблюдения.	Испытание на воздействие пониженного атмосферного давления до 1 мм рт. ст. Испытание на воздействие атмосферных конденсированных осадков (иней, роса) и атмосферных выпадаемых осадков (дождь) (5±2) мм/мин. Испытание на воздействие пыли (песка) при температуре от 25 °С до 60 °С в статическом режиме при концентрации пыли (2±1) г/м³ и скорости циркуляции воздушного потока от 0,5 м/с до 1,0 м/с; в динамическом режиме при концентрации пыли (5±2) г/м³ и скорости циркуляции воздушного потока от 10 м/с до 15 м/с. Испытание на воздействие соляного (морского) тумана при температуре от 27 °С до 55 °С, влажности соляного тумана от 2 г/м² до 3 г/м² и дисперсности соляного тумана от 1 мкм до 10 мкм (95% капель). Испытание на воздействие синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 1 Гц до 2000 Гц при амплитуде виброускорения до 10g.		

Наименование объектов испытаний	Виды разрешенных сертификационных работ и испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к определяемым характеристикам объектов испытаний	Нормативные документы, содержащие требования к методам испытаний
135. Автоматизированное рабочее место диспетчера управления воздушным движением. 136. Аппаратура документирования и воспроизведения информации. 137. Средства единого времени.			

Подпись ответственных лиц:


(Начальник сертификационного центра/испытательной лаборатории и юридическое лицо)

Начальник испытательного центра
Должность


подпись

Д.Н. Калистратов
ФИО

Заместитель генерального директора по испытаниям и метрологическому обеспечению
Должность


подпись

С.А. Малышев
ФИО

Генеральный директор
Должность


подпись



М.И. Подвязников
ФИО